



Swedish Hospital Supply AB

P-BAG SAP Especificación del producto

Emisor:	Fecha:	Emisión:	Número de artículo:	Nombre:
Bengt-Inge Brodén	15 de enero de 2005.	1.	20 0001-B/C	"P-BAG" SAP
Fabricante:	Responsable de producción:	Responsable de calidad:	Titular del producto:	Proveedor:
Fristad Plast AB (Fp)	Nicklas Forsström.	Cristian Forsström.	SHS AB	SHS AB

Bolsa

Material: Longitud: Anchura: Grosor: Impresión: Color de la impresión:

Válvula trasera

Material:

Lámina de polietileno, Polietileno de baja densidad (LDPE), impreso en azul.
Unión del canto externo. 320 mm + 5 mm. Unión del canto externo. 183 mm + 5 mm. 0,10 m + 0,01 m.

De acuerdo con el producto de prueba adjunto.
Speedflex EMS N.º 3-05. De acuerdo con el producto de prueba adjunto.

Marca –en azul/verde en la lámina superior– en la bolsa que opera con la pieza de acoplamiento del moldeo por inyección, unido a la bolsa.

Pila receptora del embudo

Material:

Embudo

Material: Dirección del asa:

Superabsorbente

Material:

Polietileno moldeado por inyección, ver muestra de producto adjunta.



Swedish Hospital Supply AB

Polietileno moldeado por inyección, ver muestra de producto adjunta. Se recomienda directamente hacia arriba. Sin embargo, se puede ajustar y adaptar al paciente.

Aproximadamente 28 g + 3 g de polímero reforzado fijado entre 2 capas de celulosa virgen. Longitud: 250 mm, anchura: 100 mm, grosor: 2 mm.

Clean Analytical System AB

Dirección: Teléfono: Fax: e-mail: Página Web:

Gårdfarivägen 3 0511-163 70 0511-180 82 info@casab.se www.casab.se 532 38 Skara Suecia

Emisor:	Fecha:	Emisión:	N.º de artículo:
Bengt-Inge Brodén	15 de enero de 2005	1.	20 0001-B/C.

Empaquetado

Material:

Longitud exterior: Anchura exterior: Altura exterior:

Cantidad de detalles/caja: Número de cajas/palé-almacén: Número de almacén/palé:

N.º total de cajas/palé: Marca del lote en el cartón:

Producción

Rutinas: Métodos de prueba:

Medio ambiente

Rutinas:

Caja de cartón corrugado sin teñir, con bolsa interna de polietileno transparente.

290 mm.

260 mm.

200 mm.

20 piezas

12 piezas

10 piezas



Swedish Hospital Supply AB

120 piezas

Año, mes, día y hora. Por ejemplo 050115 1139. Ver Anexo 1.

El producto se fabrica de conformidad con **ISO 9001**. Las pruebas de calidad se realizan de manera rutinaria de acuerdo con el Anexo 1.

El producto se fabrica de conformidad con **ISO 14001**.