



Swedish Hospital Supply AB

## P-BAG SAP Produktspezifikation

<b>Aussteller:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Ausgabe:</b>	<b>Art.-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung:</b>
Bengt-Inge Brodén	15.01.2005	1.	20 0001-B/C	„P-BAG“ SAP
<b>Hersteller:</b>	<b>Produktionsmanager:</b>	<b>Qualitätsmanager:</b>	<b>Produkteigentümer:</b>	<b>Lieferant:</b>
Fristad Plast AB (Fp)	Nicklas Forsström.	Cristian Forsström.	SHS AB	SHS AB

### Beutel

Material: Länge: Breite: Dicke: Druck: Druckfarbe:

### Rücklaufventil

Material:

Polyethylenfolie, LDPE, blau gefärbt. Außenkante geschweißt. 320mm + 5mm. Außenkante geschweißt. 183 mm + 5 mm. 0,10 mm + 0,01 mm.

Entsprechend dem beigefügten Produktmuster.

Speedflex EMS No. 3-05. Entsprechend dem beigefügten Produktmuster.

Eingestanzt in blau/grüne obere Folie des Beutels, der mit dem spritzgegossenen Stutzen zusammenwirkt, der mit dem Beutel verschweißt ist.

### Stutzen Aufnahme des Trichters

Material:

### Trichter

Material: Richtung des Griffs:

### Superabsorbens

Material:

Spritzgegossenes Polyethylen siehe beigefügtes Produktmuster.

Spritzgegossenes Polyethylen siehe beigefügtes Produktmuster. Empfohlen, direkt nach oben. An den Patienten anpassbar.

Ca. 28 g + 3 g Stärkepolymer, fixiert zwischen 2 Schichten Frischzellulose. Länge: 250 mm, Breite: 100 mm, Dicke: 2 mm.

Sicher-Innovativ-Mitfühlend



Swedish Hospital Supply AB

## Clean Analytical System AB

### Adresse: Telefon: Fax: E-Mail: Website:

Gårdfarivägen 3 0511-163 70 0511-180 82 info@casab.se www.casab.se 532 38  
Skara

Aussteller:	Datum:	Ausgabe:	Artikel-Nr:
Bengt-Inge Brodén	15.01.2005	1.	20 0001-B/C.

### Verpackung

Material:

Außenmaß Länge: Außenmaß Breite: Außenmaß Höhe:

Anzahl Einzelstücke/Karton: Anzahl Karton/Palettenschicht: Anzahl  
Schichten/Palette:

Insg. Anzahl Behälter/Palette: Chargennummer Karton:

### Produktion

Routinen: Testmethoden:

### Umwelt

Routinen:

Ungebleichter Wellpappkarton mit Innenbeutel aus transparentem Polyethylen.

290 mm.

260 mm.

200 mm.

20 St.

12 St.

10 St.

120 St.

Jahr, Monat, Datum und Uhrzeit. Bsp.: 050115 1139. Siehe Anhang 1.

Das Produkt wird gemäß **ISO 9001** hergestellt. Qualitätsprüfungen werden  
regelmäßig gemäß Anhang 1 durchgeführt.

Das Produkt wird gemäß **ISO 14001** hergestellt

Sicher-Innovativ-Mitfühlend